

单一来源采购专家论证意见表

时间：2017年4月26日

采购单位	广西壮族自治区计划生育药具管理中心
项目名称	特殊育龄人群长效避孕项目
项目金额	358万元
专家1论证意见	<p>天津和杰医疗器械有限公司生产的宫内节育器，含吲哚美辛硅胶药物缓释系统，具有药品止痛功能，无支架，固定式，所用聚丙烯线为手术类缝线，不易被组织酶降解，具有唯一性，也适合长期植入人体。</p> <p>专家姓名：杜立生 工作单位：广西壮族自治区人民医院 职 称：副主任医师</p>



专家 2 论证意见

天津和杰医疗器械有限公司生产
宫内节育器具有独特单一性含
吡哆美辛砷橡胶药物无支架固
定式聚酰胺经线不易被识别的
类降部. 剂形独特. 平稳牢固
适用于长期植入人体的人群.

专家姓名: ~~李火平~~

工作单位: 广西壮族自治区人民医院

职 称: 副主任技师

专家 3 论证意见

天津和杰医疗器械有限公司植入器
材(节育环)医疗器械生产许可证且在有效期内. 其生产的含吡哆美辛砷橡胶的固定
式宫内节育器, 具药品作用功效, 在目前
市场固定式宫内节育器中具独特-性。

专家姓名: ~~李柳柳~~

工作单位: 广西食品药品检验所

职 称: 副主任技师